

# Électrodes de résection transurétrale (TUR)



## Utilisation

Dans le cadre de la résection transurétrale de la prostate et de la vessie.  
Disponible également en version **TURis** pour une utilisation dans une solution saline physiologique.


**Compatible avec les résectoscopes Olympus et Storz.**

Disponible dans les versions suivantes :


- Électrode à boucle
- Électrode à boule de 3 mm et 5 mm
- Électrode à lame
- Électrode à boucle de vaporisation

Les électrodes **TUR** sont livrées en emballage stérile et sont prêtes à l'emploi.

## Électrodes TURis



## Électrodes TUR (monopolaires)



Compatible avec les résectoscopes Olympus

Compatible avec les résectoscopes Storz

Désignation	Réf. art.	VE.
<b>Versions TURis</b>		
Version à boucle	ME-ORS-S	10
Version à boule, 3 mm	ME-ORK3-S	10
<b>Versions TUR (monopolaires)</b>		
Version à boucle	ME-ORS	10
Version à boule, 3 mm	ME-ORK3	10
Version à boule, 5 mm	ME-ORK5	10
Version à lame	ME-ORM	10
Version à boucle, vaporisation	ME-ORSV	10

Désignation	Réf. art.	VE.
<b>Versions TUR (monopolaires)</b>		
Version à boucle	ME-SRS	10
Version à boule, 3 mm	ME-SRK3	10
Version à boule, 5 mm	ME-SRK5	10
Version à lame	ME-SRM	10
Version à boucle, vaporisation	ME-SRSV	10